

幽門螺旋桿菌血清抗體 檢測試劑 (免疫比濁法供生化分析儀用)

衛署醫器輸壹字第012328號

【產品說明】

本試劑盒採用的基本原理為比濁法，本試劑用來偵測人血清中之幽門螺旋桿菌之**特異性抗體IgG** (胃幽門螺旋桿菌**尿素酶抗體**)。

【適用儀器】

多種類型的開放式全自動或半自動生化分析儀。本公司備有多種類型的生化分析儀應用參數供用戶索取使用。

【參考值 (參考範圍)】

樣本值 <34AU/mL 陰性

樣本值 >35 AU/mL 陽性

當檢測結果為34-35 AU/mL可疑時，建議重新檢測，若仍為可疑，需在1~2周後重新採集樣本檢測。

【主要組成成份】

- 1、試劑1 (R1_40ml) : Tris/NaCl緩衝液
- 2、試劑2 (R2_10ml) : 幽門螺旋桿菌抗原與乳膠微粒/PBS
- 3、校正品 : 0.5 mL, 所含抗體濃度為90AU/mL, 5AU/mL
- 4、高值品管液 : 0.75mL, 所含抗體濃度為70AU/mL
- 5、低值品管液 : 0.75mL, 所含抗體濃度為30AU/mL

